



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 июня 2023 года

№ РЗН 2023/19489

На медицинское изделие

**Стенты коронарные "ЭВЕРЕСТ" с нерассасывающимся антипролиферативным покрытием на системе доставки по ТУ 32.50.22-027-83540797-2021**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Ангиолайн Ресерч"  
(ООО "Ангиолайн Ресерч"), Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово,  
ул. Технопарковая, д. 6, офис 336**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Ангиолайн интервенционал  
девайс" (ООО "Ангиолайн"), Россия, 630559, Новосибирская обл.,  
р.п. Кольцово, г.о. рп. Кольцово, ул. Технопарковая, стр. 6, офис 218**

Место производства медицинского изделия

**см.приложение**

Номер регистрационного досье № РД-56507/43543 от 19.06.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.22.195

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 23 июня 2023 года № 3869  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0070448



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 23 июня 2023 года

№ РЗН 2023/19489

Лист 1

На медицинское изделие

**Стенты коронарные "ЭВЕРЕСТ" с нерассасывающимся антипролиферативным покрытием на системе доставки по ТУ 32.50.22-027-83540797-2021, в составе:**

I. Размерный ряд стентов:

1. Номинальный диаметр стента: 2,00 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,25 мм, 3,50 мм, 4,00 мм, 4,50 мм.

2. Номинальная длина стента от 8 мм до 38 мм с шагом 1 мм.

II. Комплект поставки:

1. Стент коронарный «ЭВЕРЕСТ» с нерассасывающимся антипролиферативным покрытием на системе доставки - 1 шт.;

2. Инструкция по применению - 1 шт.;

3. Идентификационный стикер, содержащий информацию о стенте - 6 шт.

Место производства:

1. ООО "Ангиолайн", Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 18.

2. ООО "Ангиолайн", Россия, 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, ул. Технопарковая, д. 6.

≠

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0119297